



校准报告

CALIBRATION REPORT



报告编号: 195306660

第 1 页, 共 3 页
Page 1 of 3 Pages

客户名称 : 深圳市聚茂源科技有限公司
Name of Customer
客户地址 : 深圳市南山区西丽镇官龙第一工业区G栋厂房六楼
Address of Customer
计量器具名称: 照度计
Name of Instrument
器具用途 : _____
Use of Instrument
型号/规格 : GM1030
Type/Specification
出厂编号 : 15058588
Serial No
资产编号 : --
Asset No
制造单位 : BENETECH
Manufacturer
校准依据 : JJG245-2005光照度计检定规程
Calibrated in Accordance to

(校准专用章)
Stamp

校准日期 : 2019 年 10 月 24 日
Operation Date Year Month Day

建议复校日期: 2020 年 10 月 23 日
Suggested Recal.Date Year Month Day

签发日期 : 2019 年 10 月 28 日
Issue Date Year Month Day

批准人 : 黄志凡(所长)
Authorized by

签名 :
Signature

核验员 : 杜岚
Checked by

校准员 : 周妮
Calibrated by



校准报告

CALIBRATION REPORT

报告编号: 195306660
Report No

第 2 页, 共 3 页
Page 2 of 3 Pages

校准用主要计量标准装置信息 Main Standard Devices Used

名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量标准考核证书号 Certificate No	有效期至 Due Date
-----	-----	-----	-----	-----

校准用主要标准器信息 Main Standards of Measurement Used

名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	设备编号 Equipment No	证书号/溯源单位 Certificate No/ Traceability to	有效期至 Due Date
标准强度灯	1200cd	$U_{rel}=0.8\%, k=2$	SB13493	GXgd2019-0244/中国 计量院	2020-01-28

附加说明 Appended Directions

委托日期: 2019 年 10 月 22 日
Application Date
校准地点: 本院2号楼111室
Operation Location
环境条件: 温度 23 °C 相对湿度 54 %
Operation Environment
符合性及限制使用说明: 参见结果使用
Statement of Compliance and Limitation



校准报告

CALIBRATION REPORT

报告编号: 195306660
Report No

第 3 页, 共 3 页
Page 3 of 3 Pages

校准结果

Results of Calibration

一、外观: 正常

二、测试结果:

量程	标准值 (Ix)	被测仪器示值 (Ix)	相对示值误差 (%)
Auto	30	32.1	7.0
	50	53.6	7.2
	100	107.7	7.7
	300	31.9×10	6.3
	500	53.1×10	6.2
	1000	105.8×10	5.8
	2000	31.5×100	5.0

注: 1. 相对示值误差=[(被测仪器示值-标准值)/标准值]×100%

2. 测量结果的扩展不确定度: $U_{rel}=1.4\%$, $k=2$ 。

3. 允差: 一级±4%, 二级±8%。

以 下 空 白