

仪表符合GB/T13978-2008数字多用表通用技术条件,符合GB 4793.5-2008(IEC 61010-031:2002)电子测量仪器安全要求,属二级污染,过压标准为CAT III 600V。

请遵循安全操作指南，保证安全使用仪表。
适当的使用和保护，仪表将给你令人满意的服务。